
Esclarecimento Pregão N° 92005/2025 UASG: 929532

6 mensagens

Licitação JP MED <licitacaojpmed@gmail.com>
Para: cpsmc.licitacoes@gmail.com

26 de fevereiro de 2025 às 19:32

Bom dia!

Após análise detalhada do edital e do termo de referência referente ao Pregão nº 92005/2025, surgiram algumas dúvidas que gostaríamos de esclarecer. Em relação ao equipamento de Tomógrafo mencionado no documento, não ficou claro qual modelo específico é solicitado. Constatamos que o edital faz referência a um equipamento da marca **SIEMENS**, mas não especifica qual modelo da linha de tomógrafos deve ser apresentado.

Dessa forma, gostaríamos de solicitar um esclarecimento sobre qual modelo exato do tomógrafo da marca SIEMENS é requerido para atender às especificações do certame.

Agradecemos desde já pela atenção e aguardamos o retorno para darmos continuidade ao processo de participação.

Atenciosamente, Equipe de licitações JP MED.

CPSMC LICITAÇÕES <cpsmc.licitacoes@gmail.com>
Para: Licitação JP MED <licitacaojpmed@gmail.com>

27 de fevereiro de 2025 às 08:28

Bom dia,

Em resposta ao pedido acima formulado, foi consultada a Unidade Demandante, responsável pelo Termo de Referência, o qual informou que o modelo do equipamento é: MODEL 10967232, SÉRIE: 97104.

Para mais dúvidas, estamos à disposição!

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

**Cicero Leosmar Parente Gomes**

Pregoeiro/Presidente da Comissão de Licitação do CPSMC

Licitação JP MED <licitacaojpmed@gmail.com>
Para: CPSMC LICITAÇÕES <cpsmc.licitacoes@gmail.com>

28 de fevereiro de 2025 às 17:10

Boa tarde, surgiu outra dúvida, sobre o serviço a ser prestado:

O serviço licitado está sendo cotado somente ampola/tubo de raio-x? Ou conjunto de ampola e house?

- E falando-se de house é a base de troca?

Atenciosamente, equipe de licitações JP MED.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

CPSMC LICITAÇÕES <cpsmc.licitacoes@gmail.com>
Para: Licitação JP MED <licitacaojpmed@gmail.com>

28 de fevereiro de 2025 às 20:52

Boa noite,

Você poderia me explicar o que seria essa "house" trata-se de uma peça à parte? A unidade demandante não entendeu ao certo a sua pergunta.

Att,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Licitação JP MED <licitacaojpmed@gmail.com>
Para: CPSMC LICITAÇÕES <cpsmc.licitacoes@gmail.com>

3 de março de 2025 às 13:59

Prezado Cicero, boa tarde,

A house, é a parte externa do tubo de raio-x de um tomógrafo, quando se fala em troca de tubo é comum no mercado oferecer 3 tipos de serviços:

- House e tubo, com conjunto defeituoso a base de troca;
- Somente o tubo e a empresa faz o processo de envase, vácuo e preparação da house que está no aparelho para isso;
- Ou somente o tubo; e outro prestador realiza essa inserção dentro da house que o cliente preferir.

Dentre esses questionamos para saber o que o setor demandante necessita de fato para que possamos fazer uma proposta mais assertiva no momento da disputa.

Este equipamento ele já possui contrato de manutenção?
Já foi condenado a ampola do mesmo?

Atenciosamente,

Eng. Grayce Pereira

[Texto das mensagens anteriores oculto]

CPSMC LICITAÇÕES <cpsmc.licitacoes@gmail.com>
Para: Licitação JP MED <licitacaojpmed@gmail.com>

5 de março de 2025 às 11:20

Bom dia,

Em consulta a unidade responsável pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência obtemos a seguinte resposta:

"Esclarecemos que o Tubo de Raio – X dura 202, deve ser fornecido por completo, original nos termos do Fabricante, peças de primeiro uso, testado e de boa procedência com garantia nos termos 8.16 do Termo de Referência."

Estamos à disposição.

[Texto das mensagens anteriores oculto]