

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO



A pregoeira vem apresentar resposta ao pedido de esclarecimento da empresa **IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ nº: **30.597.921/0001-44**, em relação aos **ITENS 247 E 248** do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08.20.04.2022**, cujo objeto é a Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de materiais e equipamentos odontológicos para atender as necessidades do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, Policlínica Bárbara Pereira de Alencar e, Policlínica Aderson Tavares Bezerra, unidades gerenciadas pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC, os quais deverão observar os padrões mínimos de qualidade exigíveis, conforme especificações detalhadas constantes no Termo de Referência..

Informo que foi solicitado ao setor requisitante (Responsável pela elaboração do Termo de Referência), a análise e orientação em relação a como responder o questionamento da referida empresa, tendo em vista que tais questionamentos se referem a informações técnicas em relação a descrição dos referidos itens.

O setor requisitante respondeu da seguinte forma: **ILMO(A). SR(A). Presidente da Comissão Permanente de Licitação ASSUNTO: resposta ao pedido de esclarecimento.** Ao cumprimentá-lo(a) cordialmente, sirvo-me do presente para responder a V.Sa. sobre pedido de esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico nº 08.20.04.2022. Quanto à solicitação de informação acerca dos itens 247 e 248 (indicador químico – integrador), reafirmamos a importância de os licitantes se aterem ao exposto no Termo de Referência do referido pregão, que descreve o produto solicitado por este serviço: indicador químico tipo 5 (integrador) para esterilização a vapor, que atenda a norma ISO 11.140- 1/2014, com marcação em movimento frontal. Esclareço que a unidade pretende adquirir indicadores químicos que possam conferir objetividade ao processo de monitoramento. O produto deve possuir resposta gradual, onde se observa uma mudança progressiva no sentido de uma zona de aceitação após exposição a todas as variáveis críticas do processo (temperatura, tempo e agente esterilizante), à despeito de indicadores com simples mudança de cor “A” para cor “B”, que tornam o processo de monitoramento subjetivo.

Iasmim Brito Machado

Iasmim Brito Machado

Pregoeira